



COA

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

LOTE: 77196    FECHA ANÁLISIS: 08/2022    FECHA REANÁLISIS: 08/2024

PRODUCTO: BUFFER pH 7,00 Código de color: Amarillo  
 SINÓNIMO: -  
 CÓDIGO: 1560  
 FÓRMULA: -  
 CAS: -                      UN: -  
 PESO MOLECULAR: -  
 DENSIDAD: 1.00

Ensayos	Resultado	Especificaciones
ASPECTO	Cumple Ensayo	LIMPIDO
COLOR	Cumple Ensayo	AMARILLO
pH SOLUCION A 25°C	6.97	7,00 +/- 0,05

OBSERVACIONES

REV. ESP.:	5.0
Fecha Revisión:	14/06/2016
Fecha Impresión:	31-07-2023

Melisa Suárez  
Control de Calidad

## REAGENTS S.A.

Fabricación y Distribución  
de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434  
(S2200CBD) San Lorenzo  
Santa Fe, Argentina

(03476) 423 021  
controldecalidad@cicarelli.com  
www.cicarelli.com



R(2)-POE-CC-006 - Rev. 05 - 27/07/2022