



COA

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

LOTE: 77945 FECHA ANÁLISIS: 03/2023 FECHA REANÁLISIS: 03/2025

PRODUCTO: BUFFER pH 7,00 Código de color: Amarillo
 SINÓNIMO: -
 CÓDIGO: 1560
 FÓRMULA: -
 CAS: - UN: -
 PESO MOLECULAR: -
 DENSIDAD: 1.00

Ensayos	Resultado	Especificaciones
ASPECTO	Cumple Ensayo	LIMPIDO
COLOR	Cumple Ensayo	AMARILLO
pH SOLUCION A 25°C	6.98	7,00 +/- 0,05

OBSERVACIONES

REV. ESP.:	5.0
Fecha Revisión:	14/06/2016
Fecha Impresión:	24-09-2024

Melisa Suárez
Control de Calidad

REAGENTS S.A.

Fabricación y Distribución
de Reactivos Analíticos

Hunzinger 434
(S2200CBD) San Lorenzo
Santa Fe, Argentina

(03476) 423 021
controldecalidad@cicarelli.com
www.cicarelli.com



R(2)-POE-CC-006 - Rev. 05 - 27/07/2022